Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO DUAL® Plus.

HYLO DUAL® Plus

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml et ectoine 20 mg/ml

Pour lubrification thérapeutique intensive des yeux secs et stabilisation du film lacrymal. Soulage les symptômes inflammatoires tels que démangeaisons et brûlures.

DESCRIPTION DU PRODUIT

HYLO DUAL® Plus est un collyre aqueux, stérile, sans agents conservateurs et sans phosphates.

COMPOSITION

1 ml d'HYLO DUAL® Plus contient 2 mg d'hyaluronate de sodium, 20 mg d'ectoïne, de l'acide borique, du borax et de l'eau pour préparations injectables.

DESTINATION

Pour lubrification thérapeutique intensive des yeux secs et stabilisation du film lacrymal. Soulage les symptômes inflammatoires tels que démangeaisons et brûlures.

INDICATION MÉDICALE

Sécheresse oculaire

ADAPTÉ À

Peut être utilisé chez l'adulte et l'enfant plus de 2 ans. Veuillez-vous reporter aux recommandations posologiques particulières figurant à la rubrique « Posologie » ci-dessous.

Une autre personne peut aider à l'instillation du produit si le patient est un enfant, une personne âgée ou une personne dans l'incapacité d'utiliser le produit par lui-même (par exemple en raison d'une blessure, d'une maladie ou d'une mobilité réduite).

Selon les connaissances actuelles, le produit peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez consulter votre ophtalmologiste avant utilisation et vous reporter aux recommandations posologiques particulières figurant à la rubrique « Posologie » ci-dessous si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

BÉNÉFICE CLINIQUE, PERFORMANCES ET EFFICACITÉ

L'application de HYLO DUAL® Plus procure une lubrification efficace et durable de la surface oculaire. Elle permet de soulager les symptômes inflammatoires de la sécheresse oculaire, notamment les irritations oculaires prolongées ou plus sévères, la sécheresse, la sensation de corps étranger, les sensations de brûlure ou le larmoiement.

CONTRE-INDICATIONS

Ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.
Ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 2 ans.
Ne pas utiliser si vous portez des lentilles de contact, en raison de la viscosité élevée du collyre.

EFFETS INDÉSIRABLES

Le produit est sans conservateur et bien toléré, y compris en cas d'utilisation prolongée. Dans de rares cas, des effets indésirables tels qu'une hypersensibilité, une sensation de brûlure ou un larmoiement excessif, une douleur, une sensation de corps étranger ou une autre irritation locale transitoire ont été rapportés; ils ont disparu à l'arrêt du produit.

Une vision trouble transitoire peut survenir immédiatement après l'instillation de la solution. Dans de rares cas, cela peut provoquer des maux de tête temporaires chez les patients sensibles.

En cas d'incident grave survenant pendant l'utilisation de ce produit ou à la suite de son utilisation, veuillez contacter le fabricant ( ) ainsi que l'autorité compétente.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Si vos symptômes persistent ou s'aggravent après plus d'une semaine d'utilisation du produit, consultez votre ophtalmologiste ou votre pharmacien.

Soyez prudent en cas d'utilisation concomitante de HYLO DUAL® Plus avec des autres collyres. Instillez d'abord les autres collyres et attendez au moins 30 minutes avant d'utiliser HYLO DUAL® Plus. HYLO DUAL® Plus doit être utilisé en dernier.
Les pommades ophtalmiques doivent toutefois toujours être administrées après HYLO DUAL® Plus. Attendez au moins 30 minutes entre les applications.

HYLO DUAL® Plus contient de petites quantités d'acide borique et de borate de sodium, considérées comme sûres lorsque le produit est utilisé correctement conformément au mode d'emploi.

Un flacon doit être utilisé uniquement par la même personne ( ).

POSOLOGIE

Utilisez le produit selon les besoins, en fonction de la sévérité de vos symptômes.
En règle générale, les adultes et les enfants plus de 2 ans instillent une goutte dans chaque œil trois fois par jour. Si vous devez utiliser le produit plus fréquemment (par exemple plus de 10 fois par jour), ou si vos symptômes persistent plus d'une semaine ou s'aggravent, consultez votre ophtalmologiste ou votre pharmacien.


Pendant la grossesse et l'allaitement HYLO DUAL® Plus ne doit pas être utilisé plus de dix fois par jour dans chaque œil, car il contient un tampon borate.

Le produit peut être utilisé pour une durée illimitée.


INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

N'utilisez pas le produit si le sceau de l'emballage carton est brisé ou endommagé avant la première utilisation ( ).


Le produit est conditionné dans un flacon spécial, appelé système COMOD, qui est un flacon multidoses équipé d'un système de pompe spécial qui permet d'administrer des gouttes ophtalmiques sans conservateurs. La manipulation est illustrée ci-dessous :




Étape 1 :
Retirez le capuchon avant chaque utilisation.
Pour ce faire, tenez le capuchon qui protège l'embout compte-gouttes juste au-dessus du flacon. De l'autre main, dévissez le flacon en le tournant pour le séparer du capuchon.
Remarque : avant la première utilisation, le mécanisme de pompe doit être amorcé. Retournez le flacon et appuyez plusieurs fois sur le fond du flacon jusqu'à l'apparition de la première goutte à l'extrémité du compte-gouttes. Le flacon est alors prêt pour les prochaines utilisations.




Étape 2 :
Tenez le flacon à l'envers et placez votre pouce sur l'épaule du flacon et les autres doigts sur la base du flacon.



Étape 3 :
Soutenez la main qui tient le flacon COMOD avec votre autre main, comme indiqué.



Étape 4 :
Lors de l'utilisation, évitez tout contact entre l'embout et votre œil ou votre peau.
Inclinez légèrement la tête en arrière et abaissez doucement la paupière inférieure avec la main libre. Appuyez fermement et rapidement sur la partie inférieure du flacon. Cela active le mécanisme de libération et délivre une goutte.
Grâce au système de valve spécial COMOD, la taille et la vitesse de chaque goutte restent constantes, indépendamment de la pression exercée sur le fond du flacon.
Fermez les yeux après application afin que la solution se répartisse uniformément sur la surface oculaire.



Étape 5 :
Veillez à ce que l'embout compte-gouttes soit sec et replacez le capuchon immédiatement après utilisation. Cela évite que du liquide résiduel ne cristallise et ne contamine l'embout compte-gouttes.

Contactez le fabricant ( ), votre pharmacien ou votre ophtalmologiste si vous avez des questions sur l'utilisation correcte de ce dispositif médical.

10 ml de solution correspondent à 300 gouttes environ.
Pour des raisons techniques, une petite quantité residuelle de liquide restera dans le flacon à la fin de l'utilisation.

CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C (25 °C).

Le produit peut être utilisé pendant 6 mois après la première ouverture.

Ne pas utiliser après la date de péremption ( ).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Éliminez ce dispositif médical avec les déchets ménagers conformément à la législation nationale en vigueur. Cette mesure contribue à la protection de l'environnement.

LES FORMATS SUIVANTS SONT DISPONIBLES

10 ml collyre en solution

DATE D'INFORMATION

Janvier 2025

 :
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Allemagne
www.ursapharm.de

 en France :
Laboratoires URSAPHARM S.A.S.
7, Rue Denis Papin
57200 Sarreguemines
France
Tél : 03 87 02 06 08
Fax : 03 87 09 77 90
E-Mail : info@ursapharm.fr
www.ursapharm.fr

CE 0197 MD STERILE A

Symbole :	Explication :
	Distributeur
MD	Dispositif médical
CE	Marquage CE
UDI	Identifiant unique du dispositif
STERILE A	Stérilisé à l'aide de techniques de traitement aseptique
LOT	Numéro de lot
	Date de fabrication [AAAA-MM]
	Lire le mode d'emploi.
	Contient des substances dangereuses

NOTICE BAC DE TRI